



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.000.М.000029.05.16 от 04.05.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

ООО "Медикал-Дент", 187026, Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, проспект Советский, дом 160а, помещение № 213 и помещение № 212 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Медикал-Дент", 187026, Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Советский пр., дом 160а, помещение № 213 и помещение № 212 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам условий эксплуатации аппарата рентгеновского дентального "ERGON-X HF" (№ 000603) в ООО "Медикал-Дент" от 14.04.2015 № 070-15, выполненное ФБУН НИИРГ. Без приложения на одном листе недействительно.



Заключение действительно до 03.05.2021 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Историк



№ 2503277



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 47.01.02.000.М.000029.05.16 ОТ 04.05.2016 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Медикал-Дент", 187026, Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Советский пр., дом 160а, помещение № 213 и помещение № 212; фактическое место размещения объекта: Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, проспект Советский, дом 160а, помещение № 213 и помещение № 212

ФИО руководителя: Генеральный директор Николаева Людмила Владимировна

Министерство, ведомство: нет.

Вышестоящая организация: нет.

Подразделение организации, получающее СЭЗ: Рентгеностоматологический кабинет.

Ответственный за радиационную безопасность: заместитель главного врача Шавлак Сергей Николаевич, Приказ № 4 от 01.07.2015.

Характеристика ИИИ (генерирующих): рентгеновский.

Работы с ИИИ осуществляются:

1. Этаж, помещения: Кабинет рентгеностоматологический на 2-ом этаже нежилого здания.

1.1. Тип аппарата: Аппарат рентгеновский дентальный.

Марка (модель) аппарата: ERGON-X HF (U = 60 кВ, I = 7 мА).

Фирма, завод-изготовитель: "ВиВи С.р.л." (Италия).

Заводской, серийный номер: 000603.

Год выпуска / Год ввода в эксплуатацию: 2012 / 2016.

Вид работ: Рентгенография.

Ограничительные условия: использование с радиовизиографом дентальным цифровым "Devisa".

Регистрацию индивидуальных доз облучения пациентов осуществлять инструментальным методом в соответствии с МУ 2.6.1.2944-11.

Специалист, уполномоченный на подготовку СЭЗ: зам. начальника ОСН Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Еремина Л.А.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Историк

