



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.000.M.001045.12.22 от 08.12.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

ООО "Медикал-Дент", 187026, Ленинградская область, Тосненский район, Никольское, проспект Советский, дом 160а, пом. 212, 213, 214 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Медикал-Дент", 187026, Ленинградская область, р-н Тосненский, г. Никольское, пр-кт Советский, д. 160, к. А, помещ. 214,217 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам условий эксплуатации аппарата рентгеновского дентального ERGON-X HF (№ 000603) с радиовизиографом дентальным цифровым Devisa в рентгеностоматологическом кабинете ООО "Медикал-Дент" от 07.06.2022 № 110-22, выполненное ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева. Без приложения на одном листе недействительно.



Заключение действительно до 08.12.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 47.01.02.000.M.001045.12.22 ОТ 08.12.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Медикал-Дент", 187026, Ленинградская область, р-н Тосненский, г. Никольское, пр-кт Советский, д. 160, к. А, помещ. 214,217; фактическое место размещения объекта: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, Никольское, проспект Советский, дом 160а, пом. 212, 213, 214

ФИО руководителя: Генеральный директор Омельчак Виктория Олеговна

Министерство, ведомство: нет.

Вышестоящая организация: нет.

Подразделение организации, получающее СЭЗ: рентгеностоматологический кабинет.

Ответственный за радиационную безопасность: заместитель главного врача Шавлак Сергей Николаевич, Приказ № 1 от 10.01.2022

Характеристика ИИИ (генерирующих): рентгеновский.

Работы с ИИИ осуществляются:

1. Этаж, помещения: Кабинет рентгеностоматологический на 2-ом этаже нежилого здания

1.1. Тип аппарата: Аппарат рентгеновский дентальный

Марка (модель) аппарата: ERGON-X HF (U = 60 кВ, I = 7 мА)

Фирма, завод-изготовитель: "ВиВи С.р.л." (Италия)

Заводской, серийный номер: 000603

Год выпуска: 2012

Год ввода в эксплуатацию: 2016

Вид работ: прицельная рентгенография

Ограничительные условия: использование с радиовизиографом дентальным цифровым "Devisa"

Регистрацию индивидуальных доз облучения пациентов осуществлять инструментальным методом в соответствии с МУ 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований" и МУ 2.6.1.3584-19 "Изменения в МУ 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

